



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 18 maja 2022 r.

WCKiK – SZP.2612.1.11/D/2022

## **Uczestnicy postępowania publicznego Nr 11/D/2022**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiany Arkusza asortymentowo – cenowego, Załącznik nr 2.2 do SWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy, którego przedmiotem jest dostawa zestawów jednorazowych do poboru UKKP z wykorzystaniem separatora MCS plus oraz zestawów do inaktywacji wirusów w Koncentracie Krwinek Płytkowych kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji TerumoBCT użytkowanym przez Zamawiającego

### **1. Punkt 5 w załączniku nr 2/2 do SWZ (arkusz asortymentowo – cenowy)**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do inaktywacji wirusów w Koncentracie Krwinek Płytkowych, *gdzie objętość początkowa KKP w osoczu wynosi min. 170-360 ml, natomiast KKP w roztworze wzbogacającym PAS objętość początkowa wynosi 250-450 ml?*

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie zestawy.

### **2. Punkt 11 w załączniku nr 2/2 do SWZ (arkusz asortymentowo – cenowy)**

Wnosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia o treści „Wykonawca zapewni przegląd, aktualizację i dostosowanie urządzenia oraz przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów jednorazowych kompatybilnych z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego. Urządzenia nie wymagają przeglądu, aktualizacji i dostosowania przed pierwszym użyciem kompatybilnego z nimi zestawu. Wskazane postanowienie jest zatem niezwiązane z przedmiotem zamówienia.

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem podkreślenia, że zestawy nie wymagają serwisów.

### **3. Punkt 12 w załączniku nr 2/2 do SWZ (arkusz asortymentowo – cenowy)**

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii wyłącznie w języku angielskim (bez tłumaczenia na język polski).

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**4. § 1 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy w przypadku wyboru oferty wykonawcy, który złożył ofertę tylko na jedną część (pakiet) przedmiotu zamówienia, Zamawiający dostosuje odpowiednio treść § 1 ust. 1 projektu umowy, określającego przedmiot umowy?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający dostosuje treść umowy do ofert złożonych na poszczególne Części.

**5. § 2 i § 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i przysyłanie ich pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**6. § 3 ust. 5 lit. g) projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy postanowienia § 3 ust. 5 lit. g), zgodnie z którym wynagrodzenie obejmuje koszty przeglądów, wymaganych konserwacji, napraw oraz części zamiennych w okresie obowiązywania umowy. Przedmiotem umowy ma być dostawa zestawów jednorazowych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Wskazane postanowienie jest zatem niezwiązane z przedmiotem umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem podkreślenia, że zestawy nie wymagają serwisów.

**7. § 3 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „*jej niezrealizowanie nie może stanowić podstawy dla Wykonawcy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu*” nie dotyczy kwoty wskazanej w § 3 ust. 9 projektu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się kupić zestawy o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**8. § 5 ust. 1 pkt 2) projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego postanowienia w ten sposób, iż Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy we wskazanej tam sytuacji (wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami) po bezskutecznym upływie dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego wykonawcy na usunięcie naruszeń (analogicznie jak w § 5 ust. 1 pkt 6), dotyczącym nierealizowania umowy w sposób należyty; zakresy tych postanowień są w dużej mierze zbieżne i nie ma podstaw do różnicowania trybu odstępowania od umowy).

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**9. § 6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by 48-godzinny termin na rozpatrzenie reklamacji był liczony w godzinach przypadających w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **10. § 6 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o potwierdzenie, że 48-godzinny termin jest wyłącznie terminem na rozpatrzenie reklamacji, a wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany reklamowanych zestawów w tym terminie.

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Wykonawca w terminie rozpatrzenia reklamacji ma wymienić wadliwe zestawy. Umowa nie zawiera dodatkowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na §6 ust. 5 umowy.

#### **11. § 6 ust. 5 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy przez „zamienniki przedmiotu umowy” Zamawiający rozumie zestawy, stanowiące przedmiot umowy? Zwracamy uwagę, że na rynku nie występują inne zamienniki.

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak – jeżeli nie ma zamienników to Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zestawy stanowiące przedmiot umowy.

#### **12. § 6 ust. 5 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy, jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, Zamawiający zapłaci cenę zarówno za zestawy objęte reklamacją, jak i dostarczone na podstawie § 6 ust. 5 projektu umowy?

#### **ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający pokryje koszty.

#### **13. § 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o wyrażenie zgody, by jeżeli reklamacja jakościowa okaże się uzasadniona, Wykonawca miał obowiązek wymiany wadliwych zestawów na nowe jedynie, gdy reklamacja jakościowa dotyczy całej dostarczonej partii zestawów, natomiast w przypadku reklamacji pojedynczych zestawów, po potwierdzeniu zasadności reklamacji, by wykonawca był zobowiązany do korekty faktury VAT i zwrotu ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe zestawy.

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **14. Punkt XV.2 SWZ i § 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o wyrażenie zgody, by okres rękojmi za wady był równy terminowi ważności zestawów. Po upływie terminu ważności wyroby nie mogą być wykorzystywane. W konsekwencji, po upływie ważności wyrobów wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne wady wyrobów.

#### **ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**15. § 5 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Wnosimy o dodanie postanowienia o treści „Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co najmniej 60-dniowego opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 14-dniowego, terminu wyznaczonego Zamawiającemu na zapłatę. Wypowiedzenie umowy na podstawie tego postanowienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę”.

**ODPOWIEDŹ**

Nie Zamawiający nie wyraża zgody, strony obowiązują regulacje § 7.

**16. § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy Zamawiający dopuści w projekcie umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, poprzez:

- zmianę producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
- zmianę specyfikacji przedmiotu umowy, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego przedmiotu umowy lub zmiany jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszanego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu,
- zmianę sposobu pakowania lub konfekcjonowania wyrobu,

o ile zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty.

**ODPOWIEDŹ**

Tak, Zamawiający dopuści zmiany.

**17. § 9 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ)**

Czy Zamawiający dopuści, bez konieczności zmiany umowy, zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej wyrobów, której nie towarzyszy zmiana samego wyrobu?

**ODPOWIEDŹ**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

**W imieniu Zamawiającego**

**z up.**