



WOJSKOWE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 9 maja 2022 r.

WCKiK – SZP.2612.2.14/D/2022

## Uczestnicy postępowania 14/D/2022

*Dotyczy: dostawy urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących.*

### **Pytanie nr 1 (dotyczy Części nr 2)**

Nawiązując do opublikowanych w dniu 09.05.2022 r. odpowiedzi (dot. pytania nr 3) uprzejmie wyjaśniamy, iż konkretny model stacji dokującej jest kompatybilny tylko z jednym, konkretnym systemem operacyjnym 32 lub 64 bitowym. A zatem zaoferowane urządzenie dedykowane do systemu operacyjnego 64 bit nie będzie działać w systemie 32 bitowym. Mając powyższe na względzie wnosimy o doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 09.05.2022 r. poprzez odpowiedź na pytanie, czy stacja dokująca powinna działać w systemie operacyjnym 32 czy 64 bitowym?

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający informuje, że urządzenie ma działać w systemie operacyjnym 64 bitowym.

**W imieniu Zamawiającego**

**z up.**

Sporządziła: M. Luciak