

Katowice, dn. 30.06.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń,
Nr sprawy: ZP-22-079UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pkt. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm? Pozostałe parametry zgodne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 2, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia- folia?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3, Pakiet nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej w rolkach po 250 g w ilości 360 op ?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4, dot. projektu umowy § 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób:

„ 1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt. 5 i § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **1%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 5, dot. projektu umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób:

„2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **20% wartości brutto niewykorzystanej części umowy.**”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 6, Pakiet nr 2 poz. 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów sterylizowanych również radiacyjnie zgodnie z normą PN-EN ISO 11137?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7, Pakiet nr 2 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet o gramaturze 60g/m² (+/- 2g/m²)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, Pakiet nr 2 poz. 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach handlowych większych niż 100 szt?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. . Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty.

Pytanie 9, Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z taśmą lepłą na dłuższym boku?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm, z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepłą?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11, Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm, z otworem o średnicy 10 cm otoczonym taśmą lepłą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 12, Pakiet nr 2 poz. 8

Pakiet nr 2, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, na całej długości, w części środkowej serwety. Folia niepiaskowana? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13, Pakiet nr 2 poz. 9

Pakiet nr 2, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę z taśmą lepłą o wymiarach 50 x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 14, Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość metrów w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 mb.

Pytanie 15, Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej 13-nitkowej?

Odp.: Nie dopuszcza.

Zamawiający koryguje omyłkę w opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „Gaza bawełniana niejałowa 16 nitkowa”

Jest: „Gaza bawełniana niejałowa 17 nitkowa”

Skorygowany załącznik nr 4 (Pakiet nr 4) w wersji edytowalnej w załączeniu.

Pytanie 16, Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy bawełnianej 17-nitkowej?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 15.

Pytanie 17, Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca nawiniętego na szpulce?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18, Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca wykonanego z tkaniny bawełnianej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19, Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych zbiorczo a'24 sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20, Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 21, Pakiet nr 9 poz. 2

Pakiet nr 9, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 22, Pakiet nr 11 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 sztuk.

Pytanie 23, Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm z systemem ramki i taśmą do opisu, w kształcie ośmioboku, bez dodatkowych, zintegrowanych pasków mocujących?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24, Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7 cm

5 x Kompres włókninowy 40G 4W 5cm x 5cm

7 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm, gramatura gazy min. 23 g/m²

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm

1 x Miska nerkowata plastikowa, rozmiar 12 x 18 cm

1 x Pojemnik okrągły plastikowy poj. 250 ml, niebieski, z podziałką

1 x Kubek poj. 60 ml, przezroczysty, z podziałką

Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).

Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.

Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.

Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25, Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm.M

1 x Ostrze do ściągania szwów Stitch Cutter długie 11cm

6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm, gramatura gazy min. 23 g/m²

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm

Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).

Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.

Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.

Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26, Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty bawełnianej w rozmiarze 96x96x130cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27, Pakiet nr 17 poz. 1

Pakiet nr 17, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty włókninowej w rozmiarze 96x96x136cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28, Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g, o chłonności 1177 ml?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29, Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 25 sztuk.

Pytanie 30, Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 3 minuty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian

Pytanie 31, Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32, Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość sztuk w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 10 sztuk

Pytanie 33, Pakiet nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość kg w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 10 kg.

Pytanie 34, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą angiograficzną udową z warstwą wysokochłonną w części krytycznej o wymiarach 50cm x 80cm z materiału SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura w strefie krytycznej 130g/m²) i chłonności 680%, reszta parametrów bez zmian?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 35, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską (poz.f) zestawu) o pojemności 120 ml?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 36, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską (poz.h) zestawu) do przewodników o pojemności 2500ml, okrągłą o średnicy 24,5cm (średnica denka 20,5cm) i wysokości 8cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się z przewodnika z miski?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 37, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą do owinięcia na stół instrumentariuszki (roz. 150cm x 260cm) wykonaną z folii 35g/m², ze wzmocnieniem chłonnym o szer. 65cm w części środkowej na całej długości z włókniny 28 g/m² (łącznie gramatura 63 g/m²), o nieprzemakalności 188 cm H₂O i wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 38, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przezroczystą osłoną na panel z monitorami w postaci worka w kształcie walca ściągniętego elastyczną gumką, roz. 80cm x 150cm (pozycja l) zestawu)?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 39, Pakiet nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przezroczystą osłoną na pedał i kabel – długość 300cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 40, Pakiet nr 26 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii wykonanej z poliuretanu?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41, Pakiet nr 26 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 15 x 26 cm, 15 x 20 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42, Pakiet nr 26 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 42 x 42 cm, 42 x 36 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43, Pakiet nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 60 x 52 cm, 60 x 46 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44, Pakiet nr 26 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 60 x 52 cm, 60 x 46 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45, Pakiet nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 80 x 60 cm, 80 x 54 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46, Pakiet nr 26 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 50 x 90 cm, 50 x 84 cm w części lepnej?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 47, Pakiet nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M

1 x Cewnik Foley dwudrożny CH16 bal. 30-50ml z plastikową zastawką

1 x Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem, dren dł. 150cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm, gramatura gazy min. 23g/m²

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) (zielona)

1 x Pojemnik plastikowy okrągły poj. 120ml

Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).

Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.

Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.

Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 48, Pakiet nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M

1 x Cewnik Foley dwudrożny CH18 bal. 30-50ml z plastikową zastawką

1 x Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem, dren dł. 150cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm, gramatura gazy min. 23g/m²

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) (zielona)

1 x Pojemnik plastikowy okrągły poj. 120ml

Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).

Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.
Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.
Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.
Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 49, Pakiet nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 50cm

1 x Serweta foliowa z warstwą chłonną 50cm x 75cm, z centralnym otworem o śr. 7cm

6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm, gramatura gazy min. 23g/m²

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm

Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02).

Zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy oznaczony symbolem jednorazowego użytku.

Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji.

Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 50, Pakiet nr 29 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z bawełny (55%), poliamidu (43%) oraz spandexu (2%)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 51, Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Ilość metrów w opisie przedmiotu zamówienia musi być podzielna przez ilości oferowane w opakowaniu, bez reszty. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest ceną za opakowanie 100 mb.

Pytanie 52, Pakiet nr 4 poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazy pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 53, Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści gazę 17 nitkową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 54, Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuszcza kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55, Pakiet nr 3 poz. 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 43 x 38 cm?

Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 56, Pakiet nr 11 poz. 1

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na opatrunek w rozmiarze zgodnym z wymaganiami, czyli 6cm x 7cm (+2cm), bez etykiety do opisu jednakże posiadający pozostałe parametry techniczne takie jak opatrunek opisany przez Zamawiającego w pozycji 2

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 57, Pakiet nr 11 poz. 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez etykiety do opisu?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 58, Pakiet nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła o minimalnej chłonności 1100%, czyli 990 g H₂O/m²?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 59, Pakiet nr 2 poz. 8 i 9

Czy Zamawiający potwierdza że nie wymaga w tych pozycjach przedstawienia badań potwierdzających klasę I palności?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 60, Pakiet nr 4 poz. 2-3

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu nitkowości gazy? Na rynku medycznym nie ma dostępnej gazy 16 nitkowej, a jedynie 13, 17, 20 lub 24nitkowa. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów z gazy 13 nitkowej?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 15.

Pytanie 61, Pakiet nr 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający określając w kompresach wymóg podwijanych brzegów oczekuje zaoferowania wyrobów chirurgicznie inwazyjnych zarejestrowanych w klasie IIa, reguła 7?. Czy raczej oczekuje zaoferowania kompresów nie spełniających wymogów wyrobów chirurgicznie inwazyjnych, które po ewentualnym wysterylizowaniu nie będą używane podczas zabiegów chirurgicznych inwazyjnych, a jedynie do celów pochłaniania płynów do zewnętrznego opatrywania ran?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 62, Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, w którym serweta z otworem posiada przylepiec na brzegu serwety, pęseta plastikowa w miejsce metalowej, miska nerkowa plastikowa w miejsce tekturowej? Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową? Pozostałe wymagania spełnia.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63, Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z nożyczkami metalowymi w rozmiarze 11 cm, proste ostro-ostre, w miejsce nożyczek Stitch Cutter?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 64, Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji ucha o składzie:

Skład wymiary i parametry techniczne:

- a) serweta 200 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 10 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt.
- b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
- c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
- d) Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulację -2szt.
- e) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt.
- f) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt.
- g) osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 60x40 cm - 1 szt.

Pozostałe wymagania SIWZ spełnia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65, Pakiet nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów w obrębie szyi o składzie:

Skład wymiary i parametry techniczne:

- a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt.
- b) pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
- c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
- d) Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulację - 1szt.
- e) ręczniki wysokochłonne o gramaturze 40/m² 20 x 40 cm - 2 szt.
- f) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt.

Pozostałe wymagania SIWZ spełnia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66, Pakiet nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do tracheotomii o składzie:

Skład wymiary i parametry techniczne:

- a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt.

- b) pokrowiec na stół Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
 - c) pojemnik plastikowy 125 ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki - 1 szt.
 - d) pojemnik plastikowy 250 ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki - 1 szt.
 - e) kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40 szt.
 - f) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m², rozmiar L - 2 szt., rozmiar XL - 1 szt.
 - g) strzykawka o poj. 10 ml - 2 szt.
 - h) igła 0,7 x 30 mm - 1 szt.
 - i) igła 0,8 x 40 mm - 1 szt.
 - j) ostrze chirurgiczne nr 10 - 1 szt.
 - k) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 1 szt.
 - l) cewnik do odsysania CH 15 x 50 cm z 6 otworami odbarczającymi - 1 szt.
 - ł) końcówka ssaka odgięta z drenem o długości 350 cm - 1 szt.
 - m) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt.
- Pozostałe wymagania SIWZ spełnia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67, Pakiet nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym o składzie:

Skład wymiary i parametry techniczne:

- a) serweta 180 x 280cm z otworem przylepnym o śr. 14 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt.
 - b) pokrowiec na stół Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
 - c) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
 - d) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt.
- Pozostałe wymagania SIWZ spełnia.

Odp.: zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68, Pakiet nr 16 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie:

Skład wymiary i parametry techniczne:

- a) serweta 200 x 240cm z wycięciem przylepnym w kształcie litery U 60 x 7 cm – 1 szt.
 - b) pokrowiec na stół Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm – 1 szt.
 - c) serweta 150 x 180 cm z przylepcem na szerszym boku - 2 szt.
 - d) jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm na ssak i koagulację - 1 szt.
 - e) dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 35 x 42 cm na ssak i koagulację - 1 szt.
 - f) taśma przylepna włókninowa 9 x 50 cm – 2 szt.
 - g) ręczniki wysokochłonne 20 x 40 cm - 2 szt.
 - h) serweta owinięcie rozmiar serwety: min. 150 x 200 cm - 1 szt.
- Pozostałe wymagania SIWZ spełnia

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69, Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chustę trójkątną bawełnianą o rozmiarze 134 x 95 x 95 ± 3 cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 70, Pakiet nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 1 sztuki wyrobu min. 1500g?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 71, Pakiet nr 19

Czy Zamawiający na potwierdzenie parametrów chłonności będzie wymagał przedstawienia karty danych technicznych?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 72, Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe o czasie wiązania 5 min.?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 73, Pakiet nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającym 8% stawkę podatku VAT oraz Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny

opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami?

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE. Jednocześnie obserwujemy na rynku wyroby, które posiadają deklarację zgodności, która jest niezgodna z obowiązującym na dzień dzisiejszy Rozporządzeniem MDR. Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane również jako: rozporządzenie MDR) weszło w życie 26 maja 2021 r. i zastąpiło dotychczas obowiązującą dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG (tzw. dyrektywę MDD). Aktualna deklaracja zgodności powinna odwoływać się do Rozporządzenia MDR i spełniać co do zawartości wymagania zał. IV MDR, między innymi posiadać Kod Basic UDI-DI oraz powinna przywoływać aktualną ustawę o wyrobach medycznych - aktualna ustawa jest opublikowana w Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.). Kolejnym wymogiem Rozporządzenia MDR zawartym w zał. I pkt.23.2 q. jest naniesienie na wyrób informacji, że jest to wyrób medyczny

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 74, Pakiet nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową konfekcjonowaną po 500g z przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 75, Pakiet nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści watę która jest wyrobem higienicznym z stawką Vat 23%?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 76, Pakiet nr 23

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do angiografii o składzie:

- a) 1 x serweta angiograficzna udowa wykonana z laminatu 3 warstwowego o gramaturze min 73g/m² o wymiarach 230 x 320 cm zintegrowana z 2 osłonami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320, dwa otwory o średnicy 12 otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłoną o wymiarach 120 x 80, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min.104g/m² i chłonności min. 600%.
- b) 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 14 cm z gąbką i rękojeścią.
- c) 1 x strzykawka Luer Lock 5ml
- d) 3 x strzykawka Luer Lock 10ml
- e) 2 x strzykawka Luer Lock 20ml
- f) 1 x miska o pojemności 125 ml
- g) 1 x miska o pojemności 500 ml
- h) 1 x miska do przewodników o pojemności 2500 ml, okrągła o średnicy 21 cm i wysokości 8 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się przewodnika z miski.
- i) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 56 x 112 cm z elastyczną gumką
- j) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 81 x 162 cm z elastyczną gumką
- k) 1 x osłona na pedały sterujące i przewód zasilający w kształcie tunelu foliowego o wymiarach 340 x 35 cm
- l) 1 x osłona foliowa na uchwyt monitorów o długości 160 i głębokości 25 z elastyczną gumką
- ł) 20 x kompresy z gazy 17N8W 10 x 10 przewiązane nitką
- m) 1 x serweta do owinięcia 150 x 220 na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43/ m² i nieprzemakalności min. 180 H₂O i wytrzymałości na rozrywanie min. 200 Kpa

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 77, Pakiet nr 28 poz. 1,2

Czy Zamawiający może potwierdzić, że ma na myśli igłę 1,2 x 40mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78, Pakiet nr 29 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski elastyczne wykonane z mieszanki surowców: bawełny, poliamidu i przędzy elastomerowej? Pozostałe wymagania spełnia

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 79, Pakiet nr 16 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 16 Pozycja 1** osłony na podłokietnik zakończonej taśmą lepną zamiast gumki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 80, Pakiet nr 16 poz. 1,2,3,4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 16 Pozycja 1, 2, 3, 4** serwety do owinięcia zestawu wykonanej z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 49g/m² zamiast 50g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 81, Pakiet nr 16 poz. 1,2,5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 16 Pozycja 1, 2 i 5** ręczników wysokochłonnych w rozmiarze 30x35cm zamiast 30x40cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82, Pakiet nr 23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 23** serwety angiograficznej udowej o wymiarach 220x320cm (+/- 10cm) zintegrowanej z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70x320cm (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 100x160cm, serweta wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m², dodatkowa warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m²;

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 83, Pakiet nr 23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 23** miski na przewodnik o pojemności 2500ml, o średnicy 24cm i wysokości 8cm, posiadająca zabezpieczenie przed wysunięciem się przewodnika z miski;

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 84, Pakiet nr 23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 23** zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:

1x serweta angiograficzna udowa o wymiarach 220x320cm (+/- 10cm) zintegrowana z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70x320cm (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 100x160cm, serweta wykonana z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m², dodatkowa warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 105g/m²;

3x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 15cm z gąbką i rękojeścią;

1x strzykawka Luer Lock 5ml;

3x strzykawka Luer Lock 10ml;

2x strzykawka Luer Lock 20ml;

1x miska o pojemności 100ml;

1x miska o pojemności 500ml;

1x miska na przewodnik o pojemności 2500ml, o średnicy 24cm i wysokości 8cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się przewodnika z miski;

2x osłona na ekran radiologiczny o wymiarach min. 80cm z elastycznymi krawędziami;

20x kompresy z gazy 10x10cm;

1x serweta do owinięcia na stół instrumentariuszki 150x240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m² i nieprzemakalności min. 250H₂O, wytrzymałość na rozrywanie min. 100kPa

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania w SWZ.

Pytanie 85, Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby izolującej do przechowywania narzędzi. Sterylna, przeźroczysta wykonana z matowego, termoplastycznego elastomeru poliuretanowego nieprzepuszczalnego dla płynów z dwoma tasiami do zaciągania umożliwiającymi szczelne zamknięcie torby. Rozmiar 51x51 cm. Wyrób medyczny klasa I s. Sterylizacja EO

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86, Pakiet nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 15x20cm (całkowita 20x20cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie

jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 20 szt.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 87, Pakiet nr 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze : karton 15 szt..

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 88, Pakiet nr 26 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 10 szt.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 89, Pakiet nr 26 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90, Pakiet nr 26 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w zakresie: załącznika nr 34 „Projekt umowy” poprzez wykreślenie z § 2 ustępu 12. „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności każdorazowo w dniu dostawy wyrobu medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl.”