Szczecin, dnia 28.07.2022 r.

ZZ-2380-65/22

<u>informacja na Platformę zakupową</u>

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „uPzp" na **dostawę specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji w ramach Programu Modernizacji Policji 2022 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 19.07.2022 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

Pytanie 1:

„Zgodnie z punktem dotyczącym konsoli Załącznika nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści mikroskop, którego konsola posiada jedna śrubę oraz dwa przyciski „góra" i „dół" (z 3 stopniową regulacją czułości), które realizują zarówno ruch śruby makro oraz mikrometrycznej?

Uzasadnienie: wymagana funkcjonalność (ruch zgrubny/szybszy oraz ruch dokładny/wolniejszy) jest zachowana, tylko inaczej realizowana-poprzez jedno pokrętło i 2 przyciski na konsoli."

Odpowiedź:

Dopuszcza się mikroskop, którego konsola posiada jedną śrubę oraz dwa przyciski „góra" i „dół" (z 3 stopniową regulacją czułości), które realizują zarówno ruch śruby makro oraz mikrometrycznej.

Pytanie 2:

„Zgodnie z punktem dotyczącym łączenia obrazów 2D/3D Załącznika nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści mikroskop, z funkcją automatycznego łączenia obrazów 2D/3D w wymiarze 20000x20000 pikseli i zapewniającego uzyskanie obrazu o wielkości odpowiadającej całemu wymaganemu zakresowi ruchu stolika czyli 100x100 mm? Uzasadnienie: Wymagany w SWZ mikroskop łączy obrazy o wielkości 50000x50000 pikseli, ale nie większe niż maksymalny wymagany zakres ruchu stolika 100x100 mm. Oferowane rozwiązanie zachowuje wymaganą maksymalną wielkość zdjęcia w jednostce „mm", nie tracąc na jakości obrazu, dzięki zastosowaniu znacznie większego od wymaganego sensora kamery (w profesjonalnej mikroskopii i kamerach mikroskopowych, rozmiar sensora jest najważniejszy pod kątem czułości, odwzorowania kolorów czy niskiego poziomu szumów – co przekłada się bezpośrednio na jakość obrazu). Dodatkowo rozwiązanie to pozwala na znacznie szybsze uzyskanie pełnowymiarowego obrazu (100x100mm). Wymagana funkcjonalność uzyskiwania maksymalnego, możliwego rozmiaru obrazu (definiowanego przez zakres ruchu stolika) jest zachowana."

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany, gdyż rozmiar obrazu min. 50 000 pikseli x 50 000 pikseli ma znaczenie podczas analizy dokumentów; badaniom poddawane są zazwyczaj dokumenty większego rozmiaru niż 100 mm x 100 mm.

Pytanie 3:

„Zgodnie z punktem dotyczącym szybkiego odwzorowania ustawień w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wcześniej zapisanych plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych (lub zdjęć) przy jednoczesnym

zapisywaniu wszystkich parametrów dla każdego zdjęcia? Uzasadnienie: Ilość zapisanych ustawień/procedur badawczych jest nieograniczona. Wymagana funkcjonalność szybkiego odwzorowania ustawień jest zachowana, tylko inaczej realizowana – poprzez zapisywanie parametrów wykonywanych zdjęć w plikach, bez ograniczenia ich ilości, równocześnie pokazując ustawienia użyte do wykonania zdjęcia, każdorazowo na tymże zdjęciu"

Odpowiedź:

Dopuszcza się oprogramowanie dające możliwość szybkiego odwzorowania ustawień z wcześniej zapisanych plików przyporządkowanych dla danego typu procedur badawczych (lub zdjęć) przy jednoczesnym zapisywaniu wszystkich parametrów dla każdego zdjęcia o ile nie zwiększy to rozmiaru efektu końcowego (pliku/zdjęcia).

Pytanie 4:

„Zgodnie z punktem dotyczącym automatycznej kalibracji w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z możliwością automatycznej kalibracji na dedykowanej płytce kalibracyjnej z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwem motoru XY we właściwe miejsce na płytce kalibracyjne za pomocą myszki komputera lub joysticka na konsoli? Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalność automatycznej kalibracji jest zachowana, a sposób zmiany skali kalibracyjnej nie wydłuża czasu procedury."

Odpowiedź:

Dopuszcza się mikroskop z możliwością automatycznej kalibracji na dedykowanej płytce kalibracyjnej z automatycznym rozpoznawaniem odpowiedniej skali i przesuwem motoru XY we właściwe miejsce na płytce kalibracyjne za pomocą myszki komputera lub joysticka na konsoli.

Pytanie 5:

„Zgodnie z punktem dotyczącym bezpłatnych aktualizacji oprogramowania w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający może sprecyzować co oznacza dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem? Czy chodzi o koniec życia/produkcji oferowanego modelu? Uzasadnienie: Na rynku standardem jest rozwijanie oprogramowania przez określony czas, np. od 5 do 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia. Dożywotnie bezpłatne aktualizacje są terminem niejasnym i rodzą ryzyko uniemożliwienia prawidłowego skalkulowania ceny oferty."

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez dożywotnie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem rozumie bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego mikroskopem przez okres minimum 10 lat od zakończenia produkcji urządzenia.

Pytanie 6:

„Zgodnie z punktami dotyczącymi zapewnienia dostępności sprzętu zastępczego oraz darmowej kalibracji sprzętu w Załączniku nr 2.2 do SWZ. Czy Zamawiający może sprecyzować o konkretny czas świadczenia usług następujące zapisy: "w przypadku awarii zestawu (również po okresie gwarancji), serwis dostarczy zestaw zamienny w takiej samej, adekwatnej lub wyższej konfiguracji na czas serwisowania" oraz „darmowa kalibracja oraz konserwacja sprzętu min. 1 raz w roku"? Uzasadnienie: W/w zapisy nie określają w sposób precyzyjny warunków istotnych do obliczenia ceny oferowanego mikroskopu. Typowo takie usługi są oferowane dla okresu świadczonej gwarancji."

Odpowiedź:

Odnośnie zapewnienia dostępności sprzętu zastępczego oraz darmowej kalibracji sprzętu Zamawiający doprecyzował zapisy w powyższym zakresie:

- w przypadku awarii zestawu, serwis producenta na własny koszt dostarczy zestaw zamienny w takiej samej, adekwatnej lub wyższej konfiguracji na czas serwisowania – przez okres gwarancji oraz 5 lat po jej upływie;

- darmowa kalibracja oraz konserwacja sprzętu min. 1 raz w roku – od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego - 10 lat.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2.2 do SWZ, który przekazuje w załączeniu do odpowiedzi.

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dla części 1 i 2 pozostaje bez zmian, tj. 08.08.2022r.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.